

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642

МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

06.07.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3094Л от 6 июля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023
ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский,
ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода
подземного источника

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", скважина № 0616 Волгоградская область, Урюпинский район, х.
Белогорский

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при
отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладниковой Т.Г., директора

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2022 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 2837 от
29.06.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.2.22.3094

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Анализатор вольтамперометрический АВА-3	41	28236-04	С-БМ/21-07-2021/82479990 от 01.07.2021	30.06.2022
3	Бюретка 2-го класса точности вместимостью 25 см ³ ГОСТ 29251-91	б/н	26769-08	заводское клеймо 2018 г.	бессрочно
4	Весы электронные лабораторные GR-200	15338025	28101-04	С-БМ/10-03-2022/139332531 от 10.03.2022	09.03.2023
5	pH-метр-милливольтметр pH-150	0138	10663-86	С-БМ/12-07-2021/78650812 от 12.07.2021	11.07.2022
6	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/177/2021 от 03.09.2021	02.09.2022
7	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3094 дата начала испытаний 29.06.2022 16:30 дата выдачи результата 06.07.2022 09:36				
1	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	5,3±1,1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Огиенко Ю.В., химик-эксперт САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3094 дата начала испытаний 29.06.2022 16:30 дата выдачи результата 06.07.2022 09:36				
1	Алюминий	мг/дм ³	менее 0,04	ГОСТ 18165-14 метод Б
2	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,08	ГОСТ 33045-2014
3	Бор (В, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	РД 52.24.389-2011
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,89±0,22	ГОСТ 4011-72
6	Жесткость общая	мг-экв/л	9,8±1,5	ГОСТ 31954-2012
7	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,0005	МВИ №44-05
8	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 (метод А)
9	Медь	мг/дм ³	менее 0,01	МВИ №44-05

Протокол № 3094Л

стр. 2 из 3

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стабильность отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу, прошедшему испытания.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
10	Молибден	мг/дм ³	менее 0,01	ГОСТ 18308-72
11	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,001	МВИ №41-05
12	Никель (Ni, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,005	РД 52.24.494-2006
13	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014
14	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
15	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	639±58	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
16	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,72±0,14	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
17	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,0001	МВИ №42-05
18	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0005	МВИ №44-05
19	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	111±12	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
20	Фториды(F-)	мг/дм ³	0,17±0,03	ГОСТ 4386-89
21	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	183±27	ГОСТ 4245-72
22	Хром Cr ⁶⁺	мг/дм ³	менее 0,025	ГОСТ 31956-2012
23	Цианиды	мг/дм ³	менее 0,01	ГОСТ 31863-2012
24	Цинк	мг/дм ³	менее 0,001	МВИ №40-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Огиенко Ю.В., химик-эксперт				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 29.06.2022 16:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 3094				
дата начала испытаний 29.06.2022 16:10 дата выдачи результата 01.07.2022 12:40				
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,

г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

06.07.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3094/1Л от 6 июля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", скважина № 0616 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладниковой Т.Г., директора

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2022 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 2837 от 29.06.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.2.22.3094/1

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2022 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3094/1 дата начала испытаний 29.06.2022 16:10 дата выдачи результата 01.07.2022 12:40				
1	Энтерококки	-	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,

г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:

РОСС RU.0001.510642



МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

06.07.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3095Л от 6 июля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика : МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", скважина № 01427 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Сафоновский

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладниковой Т.Г., директора

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2022 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 2837 от 29.06.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.2.22.3095

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Анализатор вольтамперометрический АВА-3	41	28236-04	С-БМ/21-07-2021/82479990 от 01.07.2021	30.06.2022
3	Бюретка 2-го класса точности вместимостью 25 см ³ ГОСТ 29251-91	б/н	26769-08	заводское клеймо 2018 г.	бессрочно
4	Весы электронные лабораторные GR-200	15338025	28101-04	С-БМ/10-03-2022/139332531 от 10.03.2022	09.03.2023
5	pH-метр-милливольтметр pH-150	0138	10663-86	С-БМ/12-07-2021/78650812 от 12.07.2021	11.07.2022
6	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/177/2021 от 03.09.2021	02.09.2022
7	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3095 дата начала испытаний 29.06.2022 16:30 дата выдачи результата 06.07.2022 10:06				
1	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	14,0±2,8	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Огиенко Ю.В., химик-эксперт				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3095 дата начала испытаний 29.06.2022 16:30 дата выдачи результата 06.07.2022 10:06				
1	Алюминий	мг/дм ³	менее 0,04	ГОСТ 18165-14 метод Б
2	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,08	ГОСТ 33045-2014
3	Бор (В, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	РД 52.24.389-2011
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	1,4±0,3	ГОСТ 4011-72
6	Жесткость общая	мг-экв/л	10,1±1,5	ГОСТ 31954-2012
7	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,0005	МВИ №44-05
8	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 (метод А)
9	Медь	мг/дм ³	менее 0,01	МВИ №44-05

Протокол № 3095Л

стр. 2 из 3

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу, прошедшему испытания.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
10	Молибден	мг/дм ³	менее 0,01	ГОСТ 18308-72
11	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,001	МВИ №41-05
12	Никель (Ni, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,005	РД 52.24.494-2006
13	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014
14	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
15	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	645±58	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
16	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,00±0,20	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
17	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,0001	МВИ №42-05
18	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0005	МВИ №44-05
19	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	90,2±9,9	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
20	Фториды(F-)	мг/дм ³	0,28±0,05	ГОСТ 4386-89
21	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	181±27	ГОСТ 4245-72
22	Хром Cr ⁶⁺	мг/дм ³	менее 0,025	ГОСТ 31956-2012
23	Цианиды	мг/дм ³	менее 0,01	ГОСТ 31863-2012
24	Цинк	мг/дм ³	менее 0,001	МВИ №40-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Огиенко Ю.В., химик-эксперт

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 29.06.2022 16:10

Регистрационный номер пробы в журнале 3095

дата начала испытаний 29.06.2022 16:10 дата выдачи результата 01.07.2022 12:41

1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

06.07.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3095/1Л от 6 июля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", скважина № 01427 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Сафоновский

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладниковой Т.Г., директора

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2022 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 2837 от 29.06.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.2.22.3095/1

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2022 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3095/1 дата начала испытаний 29.06.2022 16:10 дата выдачи результата 01.07.2022 12:41				
1	Энтерококки	-	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

06.07.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3096Л от 6 июля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", водоразборная колонка. Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Садовая

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладниковой Т.Г., директора

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2022 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 2838 от 29.06.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.3096

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/177/2021 от 03.09.2021	02.09.2022
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023
4	Центрифуга лабораторная ULAB UC-1536E	193552	-	А 194-0048-2022 от 23.03.2022	22.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3096 дата начала испытаний 29.06.2022 16:30 дата выдачи результата 05.07.2022 12:12				
1	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	6,0±1,2	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2*
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Огиенко Ю.В., химик-эксперт				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2022 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3096 дата начала испытаний 29.06.2022 16:10 дата выдачи результата 01.07.2022 12:43				
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) кодиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2022 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3096 дата начала испытаний 29.06.2022 16:10 дата выдачи результата 01.07.2022 11:58				
1	Цисты и оцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Число в 50 дм3	не обнаружено в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Никульшина Г. Н., лаборант				

Лицо, ответственное за оформление протокола: Хайруллина К. Р., медицинский статистик
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

06.07.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3096/1Л от 6 июля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", водоразборная колонка. Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Садовая

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладниковой Т.Г., директора

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2022 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 2838 от 29.06.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.3096/1

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2022 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3096/1 дата начала испытаний 29.06.2022 16:10 дата выдачи результата 01.07.2022 12:43				
1	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

06.07.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3097/1Л от 6 июля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)
2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая
4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", водоразборная колонка, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский, ул. Прихоперская
5. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2022 15:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладниковой Т.Г., директора
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2022 16:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 2838 от 29.06.2022
Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022
7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.3097/1
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2022 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3097/1 дата начала испытаний 29.06.2022 16:10 дата выдачи результата 01.07.2022 12:43				
1	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,

г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:

РОСС RU.0001.510642

МП



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

06.07.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3097Л от 6 июля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", водоразборная колонка, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский, ул. Прихоперская

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 29.06.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладниковой Т.Г., директора

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 29.06.2022 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 2838 от 29.06.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.3097

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/177/2021 от 03.09.2021	02.09.2022
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023
4	Центрифуга лабораторная ULAB UC-1536E	193552	-	А 194-0048-2022 от 23.03.2022	22.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 29.06.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3097 дата начала испытаний 29.06.2022 16:30 дата выдачи результата 05.07.2022 12:12				
1	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	8,3±1,7	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Огиенко Ю.В., химик-эксперт				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2022 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3097 дата начала испытаний 29.06.2022 16:10 дата выдачи результата 01.07.2022 12:43				
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.06.2022 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3097 дата начала испытаний 29.06.2022 16:10 дата выдачи результата 01.07.2022 11:59				
1	Цисты и ооциты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Число в 50 дм3	не обнаружено в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Никульшина Г. Н., лаборант				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА